

SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
w Ciechanowie  
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców  
tel. (0-23) 672 32 71/4, fax (0-23) 672 31 27  
tel. sek. (0-23) 762 31 27  
NIP 566 10 10 200, REGON 000011622  
AT - ZP/2501/138/11

Ciechanów dnia 10.01.2012 r.

## ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawę lampy do tomografu komputerowego LIGHT SPEED 16 SLICE.** (133 PN 11) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

### Podstawa prawna

Podstawa unieważnienia: art. 93 ust.1 pkt. 7 – postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### Uzasadnienie faktyczne i prawne

1. Dokonywany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Stąd też, na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, wykorzystania do jego opisu standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich potencjalnych oferentów. Zgodnie z dyspozycją art. 29 przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez zamawiającego w powołanym postępowaniu nie był jednoznaczny i wyczerpujący:

- 1.1 w treści załącznika nr 2 do siwz „Zestawienie parametrów technicznych na dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym LightSpeed 16 Slice prod. GE” zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń (art. 29 ust. 3), co mógł uczynić ze względu na posiadaną przez niego specyfikację techniczną lampy oryginalnej do tomografu komputerowego LIGHT SPEED 16 SLICE. Posłużył się jedynie wskazaniem lampy PERFORMIX o mocy 53,2 kW, 6,3 MHU (produkcji GE) zgodnej z zaleceniami producenta tomografu komputerowego oraz zaleceniami instrukcji obsługi tomografu Lightspeed 16 posiadanej przez Zamawiającego.
- 1.2. Co prawda, zamawiający dokonując w dniu 28.12.2011 r. modyfikacji treści siwz poprzez dopuszczenie ofert równoważnych (zgodnie z żądaniem art. 29, ust. 3.), jednakże opisując zakres równoważności pominął wspomniany wcześniej wymóg zgodności oferowanej lampy z zaleceniami producenta tomografu komputerowego oraz zaleceniami instrukcji obsługi tomografu Lightspeed 16 posiadanej przez Zamawiającego.

Tym samym postępowanie jest obciążone wadą niedającą się usunąć, mającą lub mogącą mieć wpływ na wynik postępowania i będącą przesłanką jego unieważnienia.

2. W dniu 29.12.2011 r. (w przeddzień otwarcia ofert) zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej modyfikację treści siwz informując wykonawców, iż oczekuje, aby „po zainstalowaniu lampy całe urządzenie (tomograf komputerowy) posiadało certyfikat

zgodności CE, łącznie z lampą RTG.” , przy czym postąpił niezgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 6 ustawy pzp tj. nie przesunął terminu składania ofert. Jednocześnie też dokonana modyfikacja, jako że była postawionym wymogiem określającym spełnienie przez oferowane dostawy wymogów zamawiającego wina jako taka być przedmiotem zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 38, ust.4a) której zamawiający nie dokonał. Obie okoliczności przesądzają o tym, że postępowanie jest obarczone wadą niedającą się usunąć, mającą lub mogącą mieć wpływ na wynik postępowania i będącą przestanką jego unieważnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7, w zw. z art. 146 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych postępowanie zostaje unieważnione.

DYREKTOR

*Hanna Jaroszetaska*