

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców
tel. (0-23) 672 32 71/4, fax (0-23) 672 31 2
tel. sek. (0-23) 762 31 2
NIP 545 111 200 REGON 06 1 622
AT - ZP/2501/3/1

Ciechanów dnia 23.01.2012 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych **materiałów medycznych dla Oddziału Okulistycznego** (3 PN 12)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pytanie 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w przypadku gdy Wykonawca będzie świadczył dostawy korzystając z usług transportowych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy, fakt ten należy oznaczyć w ofercie jako podwykonawstwo w realizacji zamówienia określone w art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych?	Nie
2.	Pytanie 2, dot. § 3 ust. 2 projektu umowy użyczenia: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydlużenie terminu przystąpienia do usunięcia awarii przez wykonawcę z 24 do 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii.	Nie
3.	Pytanie 3, dot. § 5 ust. 1 projektu umowy dostawy (dot. Pakietu nr 3, poz. 3): Czy, ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na pierwszą dostawę jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą ECCE po 6 tygodniach od podpisania umowy? Jeśli tak, to prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie.	Tak
4.	Pytanie 4, dot. § 5 ust. 3 projektu umowy dostawy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie miejsca dostawy	Dział Zaopatrzenia i Transportu
5.	Pytanie 5, dot. § 6 ust. 1 projektu umowy dostawy: Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu § 6 ust. 1 projektu umowy w proponowanym brzmieniu: „W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostaw, o którym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto wynikającego z umowy, za każdy dzień opóźnienia.”	Nie
6.	Pytanie 6, dot. Rozdziału V, pkt. 4 SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej gdy Wykonawca wykaże fakt posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wyrażone we frankach szwajcarskich (CHF) na kwotę 1 000 000,00 CHF?	Tak

7.	<p>Pytanie 7, dot. Pakietu 3, poz. 1, 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tych pozycjach zestawów posiadających w swym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fartuch (L) z ręcznikiem 2 szt. /zamiast fartuch (M) z ręcznikiem 2 sztuki /; - strzykawki wkładane 3ml z gumowym tłokiem 6 szt. / zamiast strzykawki wkładane 2 ml z gumowym tłokiem /; - obłożenie pacjenta z folią chirurgiczną na oko, workiem zbiorczym po obu stronach i sączkiem odpływowym 1 sztuka w rozmiarze 165 x 255 cm / zamiast obłożenia pacjenta z folią chirurgiczną na oko, workiem zbiorczym po obu stronach i sączkiem odpływowym 1 sztuka w rozmiarze 140 x 210 cm /; <p>przy zachowaniu pozostałych składowych zestawów?</p>	Tak
8.	<p>Pytanie 8, dot. Pakietu nr 4, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki o średnicy części optycznej 6,0mm i długości całkowitej 12,5mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?</p>	Tak
9.	<p>Pytanie 9, dot. Pakietu nr 4, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym pakiecie soczewki jednoczęściowej o dioptrżu od + 6.0 do + 40.0 D przy zachowaniu pozostałych parametrów?</p>	Tak

DYREKTOR

Hanna Jaroszewska